

# 千葉県香取市

令和3年10月29日

16時00分

## 1 件名 新型コロナウイルスワクチンの廃棄及び誤接種について

## 2 概要

香取市において、ワクチンのロット番号の混在、冷蔵設備の電気系統の不具合（現在調査中）、保管期限を過ぎたワクチンを使用しての誤接種及び廃棄となる事態が生じた。

○廃棄したワクチン 79 バイアル：474 人分

○誤接種した対象者数 93 人

## 3 各事案の詳細

### 事案1

- (1) 期 日 令和3年10月15日（金）発生
- (2) 場 所 市内の個別接種実施医療機関
- (3) 事 案 ワクチンの廃棄（24 バイアル：144 人分）
- (4) 内 容

14日の夕方、翌日に使用予定の26 バイアルを冷蔵庫に準備。その際、既に冷蔵庫に保管してあった21 バイアルと、新たに冷凍庫から取り出した5 バイアル（21 バイアルと別のロット番号）を並べて置いた。また、別の職員がロット番号のシールと注射器を用意したが、番号が2種類あることまで共有されなかった。

15日の当日、午前11時過ぎからワクチンを取り出し、複数人で溶解・分注作業と、ロット番号シールや注射器の数の確認作業を行ったが、ロット番号が2種類あるという認識がないまま作業を開始。午後1時30分頃、ワクチンとシールのロット番号を照合していた職員が不一致に気づき、2種類のロット番号のワクチンの混在が判明。

ロット番号の照合ができない24 バイアル（144 人分）のワクチンを廃棄処分とした。

### 事案2

- (1) 期 日 令和3年10月24日（日）発生
- (2) 場 所 佐原中央公民館（集団接種会場）
- (3) 事 案 ワクチンの廃棄（53 バイアル：318 人分）
- (4) 内 容

午前7時30分、佐原中央公民館へ職員が入館。午前7時33分、冷蔵庫から接種に使用するワクチンを取り出そうとしたところ、冷蔵庫へ通電されていないこ

とを確認。また、冷蔵庫内の温度が14℃になっていることを確認したため、冷蔵庫内に保管していたワクチン53バイアル(318人分)は使用せず、廃棄処分とした。

なお、当日の接種については、別に保管されているワクチンを移送し使用したため、接種自体への影響はなかった。

原因については、調査中であるが、当該冷蔵庫には停電対応用として、非常電源設備を設置しており、冷蔵庫へ電源を供給していた非常電源設備の電源が切れていたことを確認しているため、現在、製造メーカーに確認中である。

### 事案3

- (1) 期 日 令和3年10月24日(日)発生
- (2) 場 所 市内の個別接種実施医療機関  
佐原中央公民館(集団接種会場)
- (3) 事 案 誤接種(保管期限を過ぎたワクチンを使用:対象者93人)  
ワクチンの廃棄(2バイアル:12人分)
- (4) 内 容

24日、市内の医療機関から佐原中央公民館(集団接種会場)へワクチン4バイアル(24人分)を移送(再融通)し、集団接種会場で使用した。

25日、香取市において、再融通の事務手続きを行うため、この再融通したワクチンのロット番号、基本型施設からの配送日等の情報について委託業者を通じて、当該医療機関に確認したところ、9月29日に基本型施設から配送を受けていることを確認。また、配送後の保管方法については、「冷凍」の状態当日まで保管していたことを確認。冷凍状態での保管期限は14日間であるため、当該医療機関で保管していたワクチンについては、保管期限切れであることが判明。

この保管期限を過ぎたワクチンを保管した当該医療機関での接種の有無についても、確認したところ69人に対し、接種を行っていたことが判明。

保管期限を過ぎたワクチンを使用しての誤接種は、ワクチンの再融通を受けた集団接種が24人、当該医療機関での個別接種は69人の計93人。また、当該医療機関の冷凍庫内に残っていた保管期限を過ぎたワクチン2バイアル(12人分)は使用せず、廃棄処分とした。

#### ○誤接種をした日

〔個別接種:当該医療機関〕

10月15日(金)、18日(月)、19日(火)、20日(水)、22日(金)

〔集団接種:佐原中央公民館〕

10月24日(日)

#### 4 香取市の対応と対策

- ・各医療機関に対し、再度ワクチンの保管・管理方法について注意喚起を実施
- ・誤接種の対象者に対し、訪問等による謝罪と、併せて希望者に対しては、抗

体検査を実施。

**【市長コメント】**

保管期限を過ぎたワクチンを接種されました方には、多大なるご心配とご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。

また、大切なワクチンを廃棄するという事態になってしまったことは誠に遺憾であります。

今後このような事故が発生することの無いよう、管理及び対策を徹底し、各医療機関にも要請してまいります。

**【問い合わせ先】**

香取市福祉健康部

担当者 健康づくり課長 高岡 重二

電 話 0478-50-1235