

千葉県香取市

令和3年6月1日

19時00分

1 件名 新型コロナウイルスワクチンの保管温度逸脱事案について

2 概要

香取市の個別接種医療機関で保管していた新型コロナウイルスのワクチン 10 バイアル（50 回分）が、医療用冷凍庫の不具合により、使用できない状態となり、廃棄せざるを得なくなる事態が生じた。

3 経過

医療機関において、配送されたワクチン（10 バイアル：50 回分）を医療用冷凍庫に入れて保管をした。その際、冷凍庫内の温度が -15°C になっていることを確認。なお、冷凍庫の温度は定期的に当該医療機関の職員がチェックをしていた。

そのような中、令和3年5月27日（木）午後7時15分頃、職員が冷凍庫の温度を確認したところ、 -8°C になっていることを確認。急いでもう一つの冷凍庫へワクチンを移した。どの位の時間 -8°C になっていたかは把握できていないが、冷凍状態は保たれていた。

4 香取市の対応

当事案について、ファイザー社及び千葉県へワクチンの取扱いを確認したところ、再冷凍に該当するため「廃棄」の取扱いとなる旨の回答があり、廃棄することと決定した。このような事案の再発防止を図るため、5月28日付で各医療機関に対し、以下の対処方法を文書にて通知。

5 対策

冷凍での保存温度は「 $-25\sim-15^{\circ}\text{C}$ 」となっている。この温度帯を逸脱した場合は、再度、冷凍庫で保存せず、冷蔵庫「 $2\sim8^{\circ}\text{C}$ 」に移して、早期（※）に使用することとする。

このことについては、各医療機関へ情報共有を図り、再発防止について周知を行いました。

※使用期間：同様の事案が発生した場合、冷凍庫「 $-25\sim-15^{\circ}\text{C}$ 」から冷蔵庫「 $2\sim8^{\circ}\text{C}$ 」へ移してから5日以内で使用。

【市長コメント】

偶発的な機器の不具合による事案ではありますが、大切なワクチンを廃棄する事態になってしまったことは誠に遺憾であります。今後このような事故が発生することの無いよう、各医療機関にも管理及び対策を徹底していただけるよう要請してまいります。

【問い合わせ先】香取市福祉健康部
担当者 健康づくり課長 高岡 重二
電話 0478-50-1235